Термостойкие светопроводящие кабели для ксеноновых и светодиодных осветителей

Адаптер для соединения с **ЭНДОСКОПОМ**

Защита от перегрева и перегиба

Адаптер для соединения с **ОСВЕТИТЕЛЕМ**

250-042-000
RZ/Storz/Olympus

250-040-000
Wolf

250-041-000
ACMI/British Standard

250-025-230	Ø 2.5 мм, 2300 мм
250-025-300	Ø 2.5 мм, 3000 мм
250-035-180	Ø 3.5 мм, 1800 мм
250-035-230	Ø 3.5 мм, 2300 мм
250-035-300	Ø 3.5 мм, 3000 мм
250-048-180	Ø 4.8 мм, 1800 мм
250-048-230	Ø 4.8 мм, 2300 мм
250-048-300	Ø 4.8 мм, 3000 мм

250-039-000
RZ/Storz

250-038-000
ACMI/CUDA

250-048-000
Luxtec

250-051-000
Stryker

250-037-000
Wolf

250-044-000
Olympus

250-045-000
Olympus - Standard

250-052-000
Heine

250-059-000
Pentax

ПРИМЕЧАНИЕ О СОВМЕСТИМОСТИ:
Волоконно-оптический кабель большого диаметра не следует подключать к эндоскопу меньшего диаметра.
Например: подключение световода Ø 4,8 мм к оптике Ø 2,9 мм, может привести к большому нагреву коннектора и создать риск для безопасности пациента.

ЭНДОСКОПЫ \ СВЕТОВОДЫ	Ø 2,5мм	Ø 3,5мм	Ø 4,8мм
Ø 2,9мм	✓	✓	×
Ø 4мм	×	✓	×
Ø 5мм	×	×	✓
Ø 10мм	×	×	✓